

檔 號：
保存年限：

嘉義市政府衛生局 函

地址：60097嘉義市德明路1號
承辦人：莊曜駿
電話：05-2338066#413
電子信箱：413@mail.cichb.gov.tw

受文者：嘉義市醫師公會

發文日期：中華民國103年11月26日
發文字號：嘉市衛藥字第1030058570號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：有關常廣股份有限公司「拉吉士內視鏡器械-拋棄式抓取鉗(衛署醫器製字第002639號，型號：DI-5716-33D)」醫療器材，因有客訴該產品於手術過程發生夾頭斷裂情形，擬預防性回收一案，惠請 貴會轉知所屬會員知悉並配合廠商回收。

說明：

- 一、依據臺中市政府衛生局103年11月24日中市衛食藥字第1030121378號函辦理。
- 二、副本抄送本市各醫院，請停止使用並配合廠商回收。

正本：嘉義市醫師公會、社團法人嘉義市藥師公會、嘉義市藥劑生公會、嘉義市醫療器材商業同業公會

副本：嘉義市各醫院、本局藥政科



上網公告
鄭華吟
103.12.1